

RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 384604/2021-0
Processo Comercial N° 8401/2021-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEA. CASAN
Endereço:	Rua RUA EMILIO BLUM, 83 - PREDIO - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 88020010
Nome do Solicitante:	Patrice Juliana Barzan

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	10996369		
Identificação do Cliente:	#G1 Sedimento		
Amostra Rotulada como:	Sedimento		
Coletor:	Victor Hugo Silva Aragão - Bioagri - Pernambuco		
Data da Amostragem :	22/10/2021 11:37:00		
Data da entrada no laboratório:	25/10/2021 10:54	Data de Elaboração do RRA:	08/11/2021

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Data do Início do Ensaio	F1	F2
Porcentagem de Sólidos	% p/p	---	0,05	28,0	28/10/2021	---	---
Nitrogênio Total	mg/kg	1	25	175	27/10/2021 09:18	---	---
Matéria Orgânica	% p/p	---	0,05	3,19	28/10/2021	---	---
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)	g/kg	1	---	0	05/11/2021 14:37	---	---
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)	g/kg	1	---	7	05/11/2021 14:37	---	---
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)	g/kg	1	---	184	05/11/2021 14:37	---	---
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)	g/kg	1	---	212	05/11/2021 14:37	---	---
Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)	g/kg	1	---	172	05/11/2021 14:37	---	---
Silte (0,062 a 0,00394 mm)	g/kg	1	---	413	05/11/2021 14:37	---	---
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)	g/kg	1	---	12	05/11/2021 14:37	---	---

Flag 1 (F1): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 1 indicam análise realizada fora do holding time do parâmetro, podendo possuir desvios que podem comprometer os resultados, devendo ser avaliado com estas ressalvas.
 Flag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 2 indicam análise realizada com a amostra sendo recebida com algum tipo de não conformidade, seja de volume de amostra, tipo frasco utilizado ou da temperatura no recebimento, e liberada após consulta ao interessado. Desta forma os resultados devem ser avaliados considerando esta ressalva.
 Resultados Analíticos já levam em consideração o valor da diluição apresentada na tabela de resultados, sendo este valor da diluição apenas informativo.

Notas

"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
 LQ / Faixa = Limite de Q uantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Resultados expressos na base seca (quando aplicável). Porcentagem de Sólidos 105°C e Cinzas 550°C.

Os resultados se referem somente os itens ensaiados e amostrados conforme **Plano de Amostragem** – N° 35004/2021

A Amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: -27,60517 -48,46327
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
 Condições Climáticas: Chuva nas últimas 24 horas
 Odor da Amostra: Característico
 Quando Água Barco (centro do corpo hídrico)
 Superficial/Sedimento
 realizado por:

Dados de Origem

Resumo dos resultados da amostra n° 384604/2021-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 384604/2021-0 - Piracicaba anexados a este documento.

Declaração de Conformidade

Referências Metodológicas e Locais de Execução

Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz: Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob n° 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto.
 Granulometria: ISO 13320: 2009 / POP PA 180
 Porcentagem de Sólidos e Cinzas: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 G
 Nitrogênio Total: POP PA 005

Chave de Validação: 6451b0733a652c22da9f41cd6be6c6d1

Ana Paula Ribeiro
Ana Paula Ribeiro
Controladora de Qualidade
CRQ 04467817 – 4ª Região

Joseane Maria Bülow
Joseane Maria Bülow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 – 9ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 384604/2021-0 - Piracicaba
Processo Comercial N° 8401/2021-5

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	COMP CATARINENSE DE AGUAS E SANEA. CASAN
Endereço:	Rua RUA EMILIO BLUM, 83 - PREDIO - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 88020010
Nome do Solicitante:	Patrice Juliana Barzan

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	10996369		
Identificação do Cliente:	#G1 Sedimento		
Amostra Rotulada como:	Sedimento		
Coletor:	Victor Hugo Silva Aragão - Bioagri - Pernambuco		
Data da Amostragem :	22/10/2021 11:37:00		
Data da entrada no laboratório:	25/10/2021 10:54	Data de Elaboração do RE:	08/11/2021

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	Diluição	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Data Início do Ensaio	Corrida	Cód. Método	F1	F2
Porcentagem de Sólidos	---	% p/p	---	0,05	28,0	2,8	28/10/2021	---	53	---	---
Nitrogênio Total	---	mg/kg	1	25	175	18	27/10/2021 09:18	---	3976	---	---
Matéria Orgânica	---	% p/p	---	0,05	3,19	0,32	28/10/2021	---	53	---	---
Areia Muito Grossa (2 a 1 mm)	---	g/kg	1	---	0	0	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Areia Grossa (1 a 0,5 mm)	---	g/kg	1	---	7	0	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Areia Média (0,5 a 0,25 mm)	---	g/kg	1	---	184	2	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Areia Fina (0,25 a 0,125 mm)	---	g/kg	1	---	212	2	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Areia Muito Fina (0,125 a 0,062 mm)	---	g/kg	1	---	172	2	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Silte (0,062 a 0,00394 mm)	---	g/kg	1	---	413	4	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---
Argila (0,00394 a 0,0002 mm)	---	g/kg	1	---	12	0	05/11/2021 14:37	---	1000	---	---

Flag 1 (F1): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 1 indicam análise realizada fora do holding time do parâmetro, podendo possuir desvios que podem comprometer os resultados, devendo ser avaliado com estas ressalvas.

Flag 2 (F2): Análises marcadas com "X" na coluna Flag 2 indicam análise realizada com a amostra sendo recebida com algum tipo de não conformidade, seja de volume de amostra, tipo frasco utilizado ou da temperatura no recebimento, e liberada após consulta ao interessado. Desta forma os resultados devem ser avaliados considerando esta ressalva.

Resultados Analíticos já levam em consideração o valor da diluição apresentada na tabela de resultados, sendo este valor da diluição apenas informativo.

Notas

"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

LQ / Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Resultados expressos na base seca (quando aplicável). Porcentagem de Sólidos 105°C e Cinzas 550°C.

Laboratório cadastrado no IAP segundo número de documento IAPCCL 028

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. – Filial Curitiba: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1357 – Batel – Curitiba/PR, registrada no CRQ 9ª Região sob nº 35.419/2013 e responsabilidade técnica da profissional Gabrielle Bendotti.

Os resultados se referem somente os itens ensaiados e amostrados conforme **Plano de Amostragem (RG.112) – N° 35004/2021**

A Amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: -27,60517 -48,46327
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
 Condições Climáticas: Chuva nas últimas 24 horas
 Odor da Amostra: Característico
 Quando Água Barco (centro do corpo hídrico)
 Superficial/Sedimento realizado por:

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ nº 04364387, 4ª Região.

Referências Metodológicas

1000 Granulometria: ISO 13320: 2009 / POP PA 180
53 Porcentagem de Sólidos e Cinzas: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 G
3976 Nitrogênio Total: POP PA 005

Chave de Validação: 6451b0733a652c22da9f41cd6be6c6d1



Ana Paula Ribeiro
Ana Paula Ribeiro
Controle de Qualidade
CRQ 04467817 - 4ª Região



Joseane Maria Bülow
Joseane Maria Bülow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 - 9ª Região